

Stepnica, dnia 16.03.2012 r.

Nasz znak AOŚ.271.12.2012

**ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.

„Zakup sprzętu medycznego wraz z dostawą, montażem i szkoleniem personelu na potrzeby Szpitala w Goleniowie”

Na podstawie art. 92 ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) niniejszym zawiadamiam, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Cena netto	Podatek	Cena brutto
MEDEN-INMED Sp. z o.o.	ul. Wenedów 2 75-847 Koszalin	90 740,75 zł	7 259,26 zł	98 000,01 zł

Uzasadnienie wyboru: w/w oferta otrzymała najwięcej punktów w kryterium cena.

Umowę o zamówienie publiczne należy podpisać w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie.

W postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

Nazwa wykonawcy i adres	Cena netto	Podatek	Cena brutto	Punkty
MEDEN-INMED Sp. z o.o. ul. Wenedów 2 75-847 Koszalin	90 740,75 zł	7 259,26 zł	98 000,01 zł	100

2. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu odrzucono 1 ofertę.

**OFERTA NR 2
POL-MED Plus
Czarnochowice 67
32-020 Wieliczka**

Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

-jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W wyjaśnieniu treści SIWZ z dnia 23.02.2012 r. dopuszczony został zarówno histeroskop diagnostyczno-operacyjny wraz z resektoskopem (odp. Nr 2) jak i dwa urządzenia pracujące niezależnie (odp. Nr 25). Odp. nr 2 dopuszcza zaoferowanie histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego i resektoskopu, ale tylko takich w których optyka mocowana jest za pomocą zapinki, Zamawiający nie dopuścił histeroskopu i resektoskopu jako urządzeń zależnych od siebie. Odp. nr 25 wyraźnie mówi o tym, iż Zamawiający wymaga dwóch niezależnych urządzeń. Zostały podane parametry histeroskopu, których spełnienie jest niezbędne by oferta była zgodna z SIWZ. Tym samym załącznik nr 1 do SIWZ uległ uszczegółowieniu. W odpowiedzi na wezwanie z dnia 08.03.2012r. dotyczącego wyjaśnienia treści złożonej oferty Wykonawca przyznał, że urządzenia nie są od siebie niezależne w zdaniu „Moja oferta spełnia parametry histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego wraz z resektoskopem”.

Wykonawca sporządzając ofertę musi brać pod uwagę pełną treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnień treści specyfikacji. Wykonawca nie może zawęzić się do posługiwania się tylko wybranymi stwierdzeniami zawartymi w dokumentach opracowanych przez zamawiającego. Natomiast wykonawca musi brać pod uwagę wyjaśnienia treści specyfikacji łącznie z pytaniami, gdyż wyjaśnienia są udzielane do konkretnego zagadnienia. Obowiązek przekazywania przez zamawiającego treści zapytań wraz z wyjaśnieniami wynika z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wyrok KIO 580/11).

Otrzymują: Według rozdzielnika

Z up. Wójta Gminy Stepnica

Stanisław Rzymczyk
Zastępca Wójta